



Certificado de Calibración

Modelo: Prefabricado mecánico

Número de serie: D24050002

Capacidad de la llave: 3/8" 10-60N.m

Dirección: CW

Unidades: N.m

Fecha de calibración: 2024.05.16

Punto de ajuste	Mínimo	Máximo	Lecturas		
12	11,64	12,36	12,02	12,03	12,02
36	34,92	37,08	36,04	36,06	36,05
60	58,2	61,8	60,89	60,93	60,02

Test de Norma No: ISO06789. GB/T15729. ASME B107.14M

Equipo de prueba/Precisión: NO.8612-055/±0.3%

La prueba cumple con los estándares internacionales con equipo de prueba y estándares de referencia calibrados por un laboratorio rastreable a estándares internacionales. Se recomienda que la llave se recalibre no más tarde de 5,000 ciclos o no más tarde de 12 meses.

Condición ambiental: 20°/60% RH