



Certificado de Calibración

Modelo: Prefabricado mecánico

Número de serie: D24050006

Capacidad de la llave: 1/2" 20-210N.m

Dirección: CW

Unidades: N.m

Fecha de calibración: 2024.05.16

Punto de ajuste	Mínimo	Máximo	Lecturas		
42	40,74	43,26	42,1	42,3	42,2
126	122,22	129,78	125,8	126,2	125,7
210	203,7	216,3	209,2	208,9	209,7

Test de Norma No: ISO06789. GB/T15729. ASME B107.14M

Equipo de prueba/Precisión: NO.8612-055/±0.3%

La prueba cumple con los estándares internacionales con equipo de prueba y estándares de referencia calibrados por un laboratorio rastreable a estándares internacionales. Se recomienda que la llave se recalibre no más tarde de 5,000 ciclos o no más tarde de 12 meses.

Condición ambiental: 20°/60% RH